For reference only. Please note that this may not be the correct version of the Direction for Use for your specific product

Filter

Zorg ervoor dat het masker tijdens het aanbrengen en verwijderen van de filter opgevouwen is.

Demonteren

1. Houd het zakmasker met een hand vast en klem het filterhuis tussen de duim en twee vingers van uw andere hand. Verwijder het filterhuis door het van het masker los te trekken.
2. Gooi de filter weg.



Monteren

Klik de nieuwe filter stevig op zijn plaats door, zoals op de illustratie, deze omhoog te duwen.

Men moet de filter stevig aandrukken zodat deze goed op zijn plaats zit en zich op één lijn bevindt met de top van de maskerschelp.

Opmerking: Het Laerdal zakmasker kan ook gebruikt worden zonder de filter.

Reiniging

Het zakmasker is herbruikbaar en makkelijk te reinigen. Bij gebruik op de oefenpop kan de eenrichtingsklep gereinigd worden en meerdere malen gebruikt, doch bij gebruik op een slachtoffer dient de eenrichtingsklep na eenmalig gebruik vervangen te worden.
Het filter dient steeds vervangen te worden na eenmalig gebruik.

Het zakmasker wassen en borstelen met een warm zeepsopje. Spoelen met helder water. Gedurende 10 minuten onderdompelen in een oplossing van 1 deel huishoudbleekmiddel en 64 delen water.
Het masker NIET pasteurizeren, koken, gas- of stoomautoclaveren.
Opmerking: Indien het zakmasker kleverig wordt, reinigen zoals hierboven aangeduid.

Bewaring

Opbergen zoals afgebeeld.



Technische gegevens

Zuurstof concentratie



□ Inademing door een spontaan ademende patient
● Beademing van een niet ademende patient

Temperatuurslimieten
Werkingstemperatuur:
-10°C (14°F) tot 40°C (104°F).
Bewaartemperatuur:
-40°C (-40°F) tot 50°C (122°F).

Uitademingsweerstand voor de patiënt
Masker + eenrichtingsklep: 2,9 cm H_2O
Masker + filter + eenrichtingsklep: 5,2 cm H_2O

Inademingsweerstand voor de patiënt
Masker + eenrichtingsklep: 2,4 cm H_2O
Masker + filter + eenrichtingsklep: 4,7 cm H_2O

Deze resultaatsgegevens zijn slechts nominale waarden.

CE 82 xx xx
CE 0434 83 xx xx

Modellen

82 00 11	Zakmasker met eenrichtingsklep en filter
82 00 03	Zakmasker met eenrichtingsklep
83 00 11	Zakmasker met eenrichtingsklep, filter en zuurstofaansluiting
83 00 03	Zakmasker met eenrichtingsklep en zuurstofaansluiting

Onderdelen

82 06 00	Filter, pak van 10 stuks
82 04 00	Eenrichtingsklep, pak van 10 stuks
83 03 00	Gebruiksaanwijzing

Masker in de opbergdoos
Afmetingen: 13 x 11 x 4 cm / 5.1 x 4.3 x 1.6 in.
Gewicht: 110 g / 4 oz.

Manufactured in China for:
LAERDAL MEDICAL AS, Norway
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger
Tel. +47 51 51 17 00
Fax +47 51 52 35 57

6325 rev E

Pocket Mask



Laerdal Zakmasker Gebruiksaanwijzing

Laerdal
helping save lives

www.laerdal.com

Toepassingen

Het Laerdal zakmasker werd oorspronkelijk ontworpen voor de mond-op-masker beademing van een niet ademend slachtoffer: volwassene, kind of baby. Het zakmasker mag enkel gebruikt worden door personen die voldoende getraind werden.

Het is mogelijk andere beademingstoestellen (zoals een beademingsballon of resuscitatoren die werken op zuurstof) op het 15 mm kegelvormige verbindingsstuk van het Laerdal zakmasker aan te sluiten (zonder de eenrichtingsklep).

Bijkomende exemplaren van deze gebruiksaanwijzing kunnen verkregen worden op eenvoudig verzoek.

Werking



Het diagram toont het werkingsprincipe van het Laerdal zakmasker tijdens verschillende toepassingen.

Gebruik bij volwassenen en kinderen

1



Kontroleer of de filter (indien bijgevoegd) stevig op zijn plaats is "geklikt" en duw met behulp van de duimen het masker open.

2



Sluit de eenrichtingsklep aan op het kegelvormige verbindingsstuk van het zakmasker. Draai de uitademingsklep weg van de "neuszijde" van het zakmasker.

3 *Opmerking: Stap 3 to 5 zijn enkel van toepassing bij het beademen van volwassenen en kinderen, niet bij babies.*

Breng de rand van het zakmasker aan tussen de onderlip en de kin van de patiënt. Op deze wijze wordt de onderlip naar beneden getrokken en blijft de mond van het slachtoffer open. Plaats de kant van het zakmasker met de vermelding "nose" over de neus van het slachtoffer.

4



Sluit af zoals op de tekening aangeduid. Open de luchtwegen. Blaas langzaam in totdat de borstkas omhoog komt.

5



Neem uw mond van het masker weg en laat de patiënt uitademen.

Opmerking: Indien de patiënt braakt, verwijder het masker en maak de luchtwegen van de patiënt vrij. Reinig het zakmasker door het te schudden of de te verwijderen voorwerpen eruit te vegen. Blaas door de eenrichtingsklep om de werking ervan te kontroleren. Plaats het zakmasker nu terug op het slachtoffer en ga verder door met de beademing.

Gebruik bij babies

Bij het beademen van babies met het zakmasker volgt men dezelfde werkwijze als voor de volwassene en het kind doch met het masker omgedraaid. Het masker wordt zo aangebracht dat het "neusgedeelte" van het masker bij de baby onder de kin komt te liggen. Daarna legt men het masker over het gezicht, opent de luchtwegen en blaast langzaam in tot de borstkas omhoog komt. Neem dan uw mond van het masker weg zodat de baby kan uitademen.

Gebruik met zuurstof



Breng de hoofdband aan (indien aanwezig). De hoofdband vergemakkelijkt de CPR en het spontaan inademen van zuurstof.



Extra zuurstof: Bevestig de zuurstofslang aan de zuurstofaanvoernippel op het masker. Kies de zuurstofflow (zie zuurstof tabel). Beadem indien nodig.